


DasKeramikinstitut

KI Keramik-Institut GmbH

Yayın içeriđi

Yayın tarihi: 2010

KI Keramik-Institut GmbH
Ossietzkystr. 37a°
D 01662 Meißen
Telefon: +49 3521 463 515
Telefax: +49 3521 463 516
E-mail: info@keramikinstitut.de
Homepage: <http://www.DasKeramikinstitut.de>



0 İindekiler ve ierik izelgesi

Sayfa

1. Numune hazırlığı.....	3
2. Fiziksel arařtırmalar	3
3. Mineralojik analizler	5
4. Kimyasal analizler	6
5. Termik arařtırma yntemleri	7
6. Rheolojik zellikler ve filtrasyon davranıřı	8
7. Optik zellikler.....	8
8. Mikroskobik arařtırmalar	9
9. Kurutma arařtırmaları	9
10. Yanma teknik zellikleri	10
11. Ham ve hazır cila kontrolleri.....	11
12. Seramik ini ve levha kontrolleri	12
13. atı kiremitlerinin kontrol	13
14. n ve arka duvar tuđlalarının kontrolleri	13
15. Kaldırım tuđlalarının ve klinker tuđlalarının kontrolleri.....	14
16. Granlasyon kontrolleri	15
18. Hassas seramik mamulleri kontrolleri	16
19. Ateře dayanıklı materyallerin kontrolleri	17
20. Diđer kontrol yntemleri	17
21. Seramiđin lazerle iřlenmesi	18
22. İnařaat deposundaki mineral salmastraların kontrolleri.....	18

1. Numune hazırlığı

1.10	Kurutma, küçük parçalara ayırma, homojenleştirme, ayırma , DIN 51061-2 ve DIN 51062'ye göre
1.20	Yarı veya hazır mamullerden, ayrıca bağlantı maddelerinden ve buna benzer materyallerden kontrol parçası seçimi
1.30	Numune alımı / Seramiksel süspansiyonların, tanelenmiş ve toz şeklindeki materyallerin numune hazırlığı
1.40	Hazırlık <ul style="list-style-type: none">• Döküm perdah makinesi olarak materyal hazırlığı• Kalıplanabilir kütle olarak materyal hazırlığı• Eirich-Karıştırıcısında pres kütlesi olarak materyal hazırlığı
1.50	Kontrol parçası oluşturma <ul style="list-style-type: none">• Vakum halat şeklini verme• İzostatik pres• Alçı şeklinde şekillendirme• Döküm

2. Fiziksel araştırmalar

2.10	Nemlilik , DIN 51078'e göre
2.20	Elek döküntüsü , DIN 66165-1 ve -2'ye göre
2.30	Eleme kontrolü , DIN 66165'e göre, 5 elek bölümleri <ul style="list-style-type: none">• Islak• Kuru
2.40	Tane büyüklüğü dağılımı 0,04 - 400 µm , CILAS 1064 granül ölçer ile, kontrol durumu talimatı 15'e göre <ul style="list-style-type: none">• Su içerisinde ölçüm• Alkol içerisinde ölçüm
2.50	SediGraph 5100'lü tane büyüklüğü dağılımı , DIN EN 725-5'e göre <ul style="list-style-type: none">• Helyum piknometreli saf yoğunluk tespiti (Accypyc)• Elek döküntüsü tespiti• Tane büyüklüğü dağılımı, 0,1 - 200 µm miktarında ultra veya çarpmalı parçalara ayırma dahil• Ağır tortullu materyallerin analizi

2.60	Dökme yoğunluğu , DIN EN 1097-3'e göre
2.70	Saf yoğunluk <ul style="list-style-type: none">• Piknometreli, DIN EN 993-2'ye göre• Helyum piknometreli (Accupyc), kontrol durumu talimatı 86'ya göre
2.80	Doğrusal kurutma çekmesi , işletme talimatı 8 965'e göre
2.90	Kızarmamış kontrol gövdesinde kurutma bükme direnci , Kontrol durumu talimatı 95'e göre
2.100	Kızarmamış briket veya kırık parçaların saf yoğunluğu , kontrol durumu talimatı 88'e göre
2.110	Yakma ve toplam çekilme , işletme talimatı 8965'e göre
2.120	Tavlama kaybı , DIN 51081'e göre
2.130	Yakma işlemi vasıtasıyla deformasyon , işletme talimatı 18889'a göre
2.140	Yakma boyası, erimeler, üst yüzey yapısı vs. açısından yanmış kontrol gövdesinin verbal değerlendirilmesi .
2.150	Yanma bükme sağlamlığı , DIN EN 993-6'ya göre
2.160	Darbeye bükme kırma çalışması , işletme talimatı 20471'e göre
2.170	Basınç sabitliği , DIN EN 993-5'e göre, kontrol gövdesi hacminde (maks. 520 X 320 X 320 mm ³) testere ve göbekten delme vasıtasıyla kontrol gövdesi oluşumu dahil olmak üzere
2.180	Su alımı , DIN EN 993-1 veya DIN EN ISO 10545-3'e göre <ul style="list-style-type: none">• Kaynatma yöntemi• Vakum yöntemi• Su verme veya su depolama
2.190	Kızarmış numunelerin saf yoğunluğu , DIN EN 993-1'e göre
2.200	Açık gözeneklilik , DIN EN 993-1'e göre, su alımının ve saf yoğunluğunun tespitinde ek olarak
2.210	Sabit maddelerin özgül üst yüzeyinin tespiti, DIN 66132'ye göre, BET-Yöntemine göre, Haul u. Dümbgen'e göre AREA-metre II'li DIN EN 725-6 (Ströhlein ekipmanları), özgül üst yüzey alanı 0,1 - 1000 m ² /g

2.220	Cıva gözenek ölçerli 2000 (CARLO ERBA STRUMENTAZIONE) gözenek büyüklüğünün hacminin veya gözenek büyüklüğü dağılımının ölçümü, kontrol durumu talimatı 76'ya göre <ul style="list-style-type: none">• Mikro gözenekler < 7 µm – yakl. 4 nm• Mikro gözenekler 20 µm – yakl. 2 µm• Komple ölçüm• Sarfiyata göre deneme hazırlığı
2.230	Düşük viskozlu medya nemlendirme davranışlarının Stereo mikroskop Stemi 2000 (Carl Zeiss) ile oda sıcaklığında kenar açılarının belirlenmesi vasıtasıyla sabit üst yüzeylerde değerlendirilmesi
2.240	Çatı kiremitlerinin, fayansların ve diğer malzemelerin geometrik özelliklerinin ölçümü, DIN EN 1024 veya DIN EN ISO 10545-2'ye göre.

3. Mineralojik analizler

Röntgen diffraktometre (RFS) vasıtasıyla mineralojik analizler, işyeri talimatları 45, 47-49'a göre, 3'lü talimatname	
3.10	Faz analizi, niteleyici, tablosal gösterim (RFS), DIN EN 13925, 1-3'e göre
3.20	Kil faz analizi , niteleyici (RFS) <ul style="list-style-type: none">• Kalitatif analiz• Feldspatların, kuvarsların tespiti, kabarma kapasiteli ve kabarma kapasitesi olmayan üç tabakalı ton minerallerinin, kaolinit, klorit, hamatit, kalsit, dolomit, anataz, Goethit ve diğerlerinin ayırımı
3.30	Yakıt yardımcı maddesi faz analizi, niteleyici (RFS) <ul style="list-style-type: none">• Kalitatif analiz• Kuvars, mullit, kristobalit, korindon ve Cordierit/Indialith tespiti, Si₃N₄-faz ve silisyum
3.40	Porselen faz analizi, niteleyici (RFS), DIN EN 13925, 1-3'e göre <ul style="list-style-type: none">• Kalitatif analiz• Kuvars, mullit ve kristobalit tespiti

4. Kimyasal analizler

Sabit parçalardaki/tozlardaki analizler için 4.1 ila 4.5 arasındaki maddelerde röntgen flüoresan analizlerini (RFA), sulu medyalar örneğin Eluate/Percolate için ıslak kimyasal yöntemleri, madde 4.6'dan itibaren tavsiye etmekteyiz, işyeri talimatları 50-52'ye göre, 2'li talimatname	
4.10	Silikat analizi (RFA) , kalitatif, DIN 51001'e göre, (örn.: SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, K ₂ O, MgO, Na ₂ O, akkor kaybı)
4.20	RFA-Screening , flüordan uranyuma kadar
4.30	Sanayi tortusu için tortu arıtma yönetmeliğine göre zararlı maddel erin tespiti (RFA)
4.40	Kütle ve hammaddede flüor, kükürt ve klor (emisyonla ilgili unsurlar) (RFA) <ul style="list-style-type: none">• Sülfürlü ve sülfatlı kükürt tespiti
4.50	V, Mn, Co, Sr, Zr, Ba, Cr, Ni, Zn, Mo ve Cu , akkor numunedeki konsantrasyonlar $\geq 0,01$ % için silikatlar (RFA) <ul style="list-style-type: none">• Madde 4.1'e göre silikat analizleri için yedek olarak• Araştırma için ayrı olarak
4.60	Suda çözülebilir tuzların tespiti <ul style="list-style-type: none">• Numune oluşturma:• Perkolations yöntemi, DIN 51 100'e göre• Eluier yöntemi, DIN 38 414 T. 4'e göre• Kükürt trioksit miktarı (SO₃), DIN EN 955-2'ye göre• Alkali toprak ve alkali oksit miktarı (Ca⁺⁺ u. Mg⁺⁺, Na⁺ u. K⁺), DIN EN ISO 11885'e göre• Klorit miktarı, DIN EN ISO 38405 D1'e göre• Sülfat miktarı, DIN EN ISO 38405 D2'ye göre
4.70	Seramik süspansiyonların, cilaların, çözeltilerin ve diğer maddelerin pH-değerleri , İşletme talimatı 37159'a göre
4.80	Sıvısal çözeltide elektriksel iletkenlik , DIN EN 27888'e göre
4.90	Geisler'e göre karbonat miktarı
4.100	Sulu çözeltiden Cl⁻ miktarı , DIN 10304'e göre
4.110	Sulu çözeltiden SO₄²⁻ miktarı , DIN 10304'e göre
4.120	Metilen mavisi değeri Topraklar, killer, kaolinler

4.130	Kurşun ve kadmiyum asit direnci/zararlı madde sevki , DIN EN 1388'e göre <ul style="list-style-type: none">• Soğuk asitleşme• Sıcak ekstaksiyon• Kurşun tespiti• Kadmiyum tespiti Zararlı madde sevk kontrollerinin diğer ülkelere has normlarda yapılması anlaşmaya göre mümkün olur.
4.140	Atom emisyon spektrometrisi vasıtasıyla indüktif birleştirilmiş plazma (ICP-OES) ile 29 element, DIN EN ISO 11885'e göre Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, Zr
4.150	Element screening , madde 4.14'de bahsedilen elementleri yarım kalitatif değerlendirme ile sulu medyada (Perkolate, Eluate) gözleme
4.160	Katı maddelerde veya sıvı maddelerde (TOC ve TIC) organik veya organik olmayan şekilde bağlı olan karbon kömürü miktarı, ISO 10694'e göre

5. Termik araştırma yöntemleri

5.10	Koşut alım termogravimetri / Diferansiyel termo analiz (TG/DTA) , → 1550 °C'ye kadar Standart parametrelere veya müşteriye özel ısıtmaya göre
5.20	Dilatometre
5.210	Kontrol gövdesi oluşturma: <ul style="list-style-type: none">• Döküm veya plastik şekiller• Yanmış gövdeden testere ile kesme ve bileme• Yanmamış numuneden testere ile kesme ve bileme
5.220	Dilatometrik ölçümler veya sıcaklık genleşme katsayısının tespiti, DIN 51045, bölüm 1-5'e göre <ul style="list-style-type: none">• 1550 °C'ye kadar Standart parametrelere veya müşteriye özel ısıtmaya göre
5.230	Genleşme-çekilme akışının tespiti, DIN 51045, bölüm 1-5'e göre
5.240	Derinlik sıcaklık dilatometrisi yardımıyla dilatometrik ölçüm -170 °C'den 495 °C'ye kadar <ul style="list-style-type: none">• Islak genleşmenin araştırılması• Sıcaklık genleşme katsayısının 450 °C'ye kadar tespiti
5.30	Yüksek hararet mikroskopik araştırma , kontrol durumu talimatı 21'e göre (Videoprint-Çekimi dahil) <ul style="list-style-type: none">• 1550 °C'ye kadar Standart parametrelere veya müşteriye özel ısıtmaya göre

6. Rheolojik özellikler ve filtrasyon davranışı

6.10	Su alımı-(kaynak-) kapasitesi, Enslin'e göre İşletme talimatı 18884'e göre
6.20	Biber tanesine göre harç karıştırma suyu ihtiyacı ; İşlem nemliliğinin plastik kontrol edicisi M-1192 ile değerlendirilmesinde deformasyon davranışı , işletme talimatı 18887'ye göre
6.30	Süspansiyonlardan Baroid ile filtrasyon kabiliyetinin ölçümü Kontrol durumu talimatı No 135'e göre
6.40	Ham maddelerin ve kütlelerin döküm balçık karakterize etme / Optimal sıvılaştırma <ul style="list-style-type: none">• Contalar (Litre ağırlığı)• Lehmann veya Keyl'e göre viskozite (kap ile çalışma süresi)• Gallenkamp'a göre viskozite, tioksotropik katsayısı dahil olmak üzere, (DIN EN ISO 2431'e göre), tioksotropik katsayısı dahil• Döküm kırık çömlek parçası oluşumu, donuklaştırma zamanı ve kırık çömlek parçası oluşumu işletme talimatı 18 879'a göre• Plastik hammadde ve kütlelerin maksimum iki sıvılaştırıcı ile sıvılaştırılması, optimumda balçık karakterize etme dahil olmak üzere• Rotasyon vizkozmetre Rheolab MC 1 viskozite ölçümü, işveren vasıtasıyla makas eğimi veya itme gerilimi
6.50	Basınç döküm balçık karakterizesi Basınç döküm tesisi DGA80'de basınç döküm balçığının teknolojik davranışının karakterizesi ile basınç döküm denemesi, kırık çömlek parçası oluşumu dahil olmak üzere

7. Optik özellikler

7.10	Düz yüzeylerde parlaklık ölçümü , 3 açılı dereceyle remisyon ölçümü, kontrol durumu talimatı 103'e göre
7.20	Minolta-Spektrometre ile renk ölçümü , DIN 51033, bölüm 2, 3, 8'e göre <ul style="list-style-type: none">• L*, a*, b*-Değerleri• Berger'e göre opsiyonel beyaz derece

8. Mikroskopik arařtırmalar

Kontrol durumu talimatı 30 – 34'e gre	
8.10	Perdah hazırlığı
8.20	Stereo mikroskopik arařtırma
8.30	Mikroskopik Color-Foto çekimleri
8.40	Mikro sondaj arařtırma
8.50	Tram elektron mikroskopik arařtırmalar

9. Kurutma arařtırmaları

9.10	Kurutma daha nceden verilen sıcaklık nemlilik profiline gre maksimum 140 °C'ye kadar Kurutma odası 0,9 m ³ , yakl. 0,7 x 1 x 1,25 m ³ (G x Y x D) Bigot -Eđimi ve su kaybının kaydedilmesi
9.20	Klima kontrol dolabı WK1 - 180/40'da kurutma Kurutma odası 0,125 m ³ , yakl. 0,55 x 0,45 x 0,5 m ³ Sođukluk - Sıcaklık – alıřma alanı – 40'dan 180 °C'ye kadar Klima – alıřma alanı: 10'dan 95 °C'ye kadar, 10'da 98 % kadar gerek nemlilik Donma noktası sıcaklığı - Alan: 4'den 94 °C'ye kadar
9.30	Pskrtme ile kurutucuda kurutma Su buharlařtırma gc 60 l/h, Maks. Pompa basıncı: 20 bar, Asgari bađlantı: 120 l mlek hamuru, Tek madde-Enjektr sistemi, ilgili tane bandının gerekleřmesi iin farklı pskrtme enjektrleri ve evirme gvdesi (100 µm'dan 300 µm'a kadar)
9.40	Laboratuvar kurutma dolabında evre havasında kurutma, kurutma odası: 0,75 m ³ Sıcaklık alanı: 20'den 250 °C'ye kadar

10. Yanma teknik özellikleri

10.10	<p>Gazla ısıtılmalı oda fırını 1440 °C (hızlı yanma simülatörü) Faydalı saçak hacimleri: 0,25 m³ Faydalı saçak ebatları: 0,9 x 0,5 x 0,55 m³ (GxDxY) Yanma sıcaklığı: maks. 1440 °C Minimum devir zamanı (soğuk/soğuk) 1100 °C'ye kadar - 90 dak 1400 °C'ye kadar - 120 dak</p> <ul style="list-style-type: none">• Oksitleyen ve azaltan yanma kılavuzu• Ayrı O₂-ilavesi mümkün• Sıcaklık ve atmosfer ilişkilerinin otomatik olarak kaydedilmesi (O₂, CO₂ ve CO)
10.20	<p>Gazla ısıtılmalı oda fırını 1300 °C Faydalı saçak hacimleri: 0,24 m³ Faydalı saçak ebatları: 0,5 x 0,6 x 0,8 m³ (GxDxY) Yanma sıcaklığı: maks. 1300 °C Minimum devir zamanı (soğuk/soğuk) 4 h</p> <ul style="list-style-type: none">• Oksitleyen yanma kılavuzu• Termik ek yanma
10.30	<p>Gazla ısıtılmalı oda fırını 1600 °C Faydalı saçak hacimleri: 0,25 m³ Faydalı saçak ebatları: 1,0 x 0,45 x 0,6 m³ (GxDxY) Yanma sıcaklığı: maks. 1600 °C Minimum devir zamanı (soğuk/soğuk) yakl. 20 h Ayarlama şekli: Modüler, İmpuls</p> <ul style="list-style-type: none">• Oksitleyen ve azaltan yanma kılavuzu• Termik ek yanma• Ayrı O₂-ilavesi mümkün• Sıcaklık, atmosfer (O₂, CO₂, CO) ve ocak oda basıncı bilgisayar tarafından kumanda edilir• İlgili parametrelerin bilgi işlem kaydı <p>Başka bir sisteme data aktarımı ASCII-Dosyası ile</p>
10.40	<p>Elektrikle ısıtılmalı oda fırını Tip SO 1093 Yanma sıcaklığı 1380 °C Termik yeniden yanmalı gaz yoğunlu model Serbestçe programlanabilen ısıtma ve soğutma < 1100 °C Kullanılabilir fırın hacimleri: 350 x 350 x 400 mm³</p>
10.50	<p>Elektrikle ısıtılmalı gradyen fırın, Yanma sıcaklığı: maks. 1300 °C 6 Segment, tümü sıcaklık zaman sürecinde serbestçe programlanabilir, Kullanılabilir fırın hacimleri segment başına (GxDxY) yakl. 150 x 150 x 80 mm³</p>

10.60	Elektrikle ısıtılmalı yüksek hız fırını , tipi HTM Yanma sıcaklığı: maks. 1550 °C Isıtma oranı min. yakl. 30 dak, soğuktan soğuya; 1200 °C'ye 4 dakikada mümkün Çiniyi hızla yakmak için öncelikle uygun Yakma odası örn. iki çini için 250 x 200 mm ² Yakma odası yüksekliği yakl. 100 mm'ye kadar değişkenlik gösterebilir
10.70	Elektrikle ısıtılmalı hızlı yakma-kaldırma tabanlı fırın 1800 °C Faydalı saçak ebatları: 300 x 230 x 200 mm ³ Yanma sıcaklığı: maks. 1800 °C Sürekli çalışma sıcaklığı: 1730 °C Maks. ısıtma oranı: 15 K/min
10.80	Elektrikle ısıtılmalı laboratuvar brülör agregatı <ul style="list-style-type: none">• 9 KW - Fırında 1350 °C'ye kadar• Yüksek sıcaklık fırınında 1600 °C'ye kadar• Yüksek sıcaklık fırınında 1750 °C'ye kadar

11. Ham ve hazır cila kontrolleri

11.10	Oluk vizkometresi vasıtasıyla cilaların ve seramik akış maddelerinin akış uzunluğu , işletme talimatı 18880'e göre
11.20	Isıtma mikroskobunda ve dilatometri araştırmalarında ergime davranışının tespiti
11.30	Steger'e göre cila gerilim kontrolü
11.40	Mohs'a göre çizgileme sertliği , DIN EN 101'e göre
11.50	Cila aşınma sabitliği ; Korindon K 63'lü sulama yöntemi (DIN tane 24'e göre tekamül etmektedir), 10 kontrol parçası, işletme kılavuzu 18881
11.60	Cila çatlama sabitliği , hidrotermal şartlar altında (Otoklav işlem), işletme talimatı 37 160 ve DIN EN ISO 10545-11'e göre
11.70	Hidrotermal çekme ile nem genişmesi <ul style="list-style-type: none">• Kontrol gövdesi ön hazırlığı• Otoklav işlem• Nem genişmesinin tayini
11.80	Renk ölçümü ve beyaz derecesinin tespiti, madde 8.2'ye bakınız

11.90	Düz yüzeylerde parlaklık ölçümü 3 açılı dereceyle remisyon ölçümü, kontrol durumu talimatı 103'e göre
11.100	Stereo mikroskop Stemi 2000 ile oda sıcaklığında nemlerin nemletme davranışının değerlendirilmesi için kenar açısının tespiti

12. Seramik çini ve levha kontrolleri

12.00	Çinilerin ve levhaların kütle ve üst yüzey yapısının tespiti, DIN EN10545-2'ye göre
12.10	Çinilerin ve levhaların su alımının tespiti, DIN EN ISO 10545-3'e göre
12.20	Duvar ve zemin çinilerinin saf yoğunluğu , DIN EN ISO 10545-4'e göre
12.30	Yanmış duvarlarda ve zemin çinilerinde yanma bükme sağlamlığı , DIN EN ISO 10545-4'e göre
12.40	Mohs'a göre çizileme sertliği , DIN EN 101'e göre
12.50	Sırlı çini ve levhaların üst yüzey aşınmasına karşı direnci, DIN EN ISO 10545-7'ye göre
12.60	Seramik çini ve levhaların doğrusal termik genişmesi , DIN EN ISO 10545-8'e göre
12.70	Seramik çini ve levhaların sıcaklık değişken sabitliği , DIN EN ISO 10545-9'a göre
12.80	Seramik çini ve levhaların nemlilik genişmesi , DIN EN 10545-10'a göre
12.90	Seramik çini ve levhaların cila çatlaklıklarına karşı direnç kapasitesi , DIN EN ISO 10545-11'e göre
12.100	Seramik çini ve levhaların donma direnci , DIN EN 10545-12'ye göre
12.110	Seramik duvar çinilerinin ve levhaların kimyasal direnci , DIN EN ISO 10545-13'e göre
12.120	Seramik duvar çinilerinin ve levhaların leke oluşturuculara karşı direnci, DIN EN 10545-14'e göre
12.130	Kurşun ve kadmiyum geççerliliğinin tespiti, DIN EN 10545-15'e göre

13. Çatı kiremitlerinin kontrolü

13.10	Çatı kiremitlerinin ve çatı kiremitleri aksesuarlarının donma direnci kapasitesinin kontrolü, DIN EN 539-2'ye göre, vakumda emildikten sonra her tarafında donma
13.20	Çatı kiremitlerinin su geçirmezlik kontrolü , DIN EN 539-1'e göre
13.30	Suda çözülebilir tuzların tespiti (Elution veya Percolation), DIN 51 110'a göre
13.40	İtici ara katkı (buhar testi), DIN 105-1'e göre
13.50	Böhme göre cila aşınması kontrolü , DIN 52108'e göre <ul style="list-style-type: none">• Hacim kaybının tespiti• Kalınlık kaybının tespiti
13.60	Derinlik sıcaklık dilatometresi ile nem genişmesinin tespiti
13.70	Otoklavda sırlı yapı seramiklerinin su çatlağı güvencesinin tespiti
13.80	UV-Işınlı ve suni yağmurlu periyodik yük arasında sırlı yapı seramiklerinin UV-Dayanıklılığının / ışıktan müteessir olmama konumunun tespiti
13.90	Klima odasında neme ve sıcaklığa karşı sırlı yapı seramiklerinin klima dayanıklılığının tespiti
13.100	Üst yüzeylerin kaynar suya ve su buharına karşı dayanıklılığının tespiti, DIN ISO 2744'e göre, kontrol cihazı vasıtasıyla DIN ISO 2733'e göre
13.110	Çatı kiremitlerinin geometrik özelliklerinin ölçümü, DIN EN 1024'e göre
13.120	Çatı kiremitlerinin bükme taşıma kapasitesinin tespiti, DIN EN 538'e göre

14. Ön ve arka duvar tuğlalarının kontrolleri

14.10	Ön duvar tuğlalarının ve klinker tuğlalarının donma direnci kapasitesinin kontrolü, DIN 52251-1'e göre, münferit tuğlaların her tarafının donması
14.20	Suda çözülebilir tuzların (Elution veya Percolation) tespiti, DIN 51110'a göre
14.30	İtici ara katkı (buhar testi), DIN 105-1'e göre

14.40	Asit direnci, kullanım amacına göre kontrol <ul style="list-style-type: none">DIN EN ISO 10545-13'e göre; parça tuğlalı
14.50	Böhme göre cila aşınması kontrolü , DIN 52108'e göre <ul style="list-style-type: none">Hacim kaybının tespitiKalınlık kaybının tespiti
14.60	Derinlik sıcaklık dilatometresi ile nem genişmesinin tespiti
14.70	Otoklavda sırlı yapı seramiklerinin su çatlağı güvencesinin tespiti
14.80	UV-Işınli ve suni yağmurlu periyodik yük arasında sırlı yapı seramiklerinin UV-Dayanıklılığının / ışıktan müteessir olmama konumunun tespiti
14.90	Klima odasında neme ve sıcaklığa karşı sırlı yapı seramiklerinin klima dayanıklılığının tespiti
14.100	Üst yüzeylerin kaynar suya ve su buharına karşı dayanıklılığının tespiti, DIN ISO 2744'e göre, kontrol cihazı vasıtasıyla DIN ISO 2733'e göre
14.110	Tam ve oluklu delikli tuğlaların basınca karşı dayanıklılığının tespiti, DIN 105-1'e göre

15. Kaldırım tuğlalarının ve klinker tuğlalarının kontrolleri

15.10	Kaldırım tuğlalarının donma direnci kapasitesinin kontrolü, DIN EN 1344 veya DIN 18503'e göre (kaldırım klinkerleri)
15.20	Suda çözülebilir tuzların (Elution veya Percolation) tespiti, DIN 51110'a göre
15.30	İtici ara katkı (buhar testi), DIN 105-1'e göre
15.40	Asit direnci, kullanım amacına göre kontrol <ul style="list-style-type: none">DIN EN 51102-1'e göre, kanalizasyon seramik eşya, parçalıDIN EN 993-16'ya göre; örneğin asit koruma yapısı için seramik klinkeri, taneliDIN 13447'e göre kaldırım tuğlasıDIN 4051'e göre, kanal klinker, taneli
15.50	Böhme göre cila aşınması kontrolü , DIN 52108'e göre <ul style="list-style-type: none">Hacim kaybının tespitiKalınlık kaybının tespiti

15.60	Derinlik sıcaklık dilatometresi ile nem genişmesinin tespiti
15.70	Otoklavda sırlı yapı seramiklerinin su çatlağı güvencesinin tespiti
15.80	UV-Işınlı ve suni yağmurlu periyodik yük arasında sırlı yapı seramiklerinin UV-Dayanıklılığının / ışıktan müteessir olmama konumunun tespiti
15.90	Klima odasında neme ve sıcaklığa karşı sırlı yapı seramiklerinin klima dayanıklılığının tespiti
15.100	Üst yüzeylerin kaynar suya ve su buharına karşı dayanıklılığının tespiti, DIN ISO 2744'e göre, kontrol cihazı vasıtasıyla DIN ISO 2733'e göre
15.110	Bükme kopma yükünün tespiti, DIN EN 1344'e göre ve bükme çekme yükünün ve basınç sabitliğinin tespiti, DIN 18503'e göre
15.120	Su alımının tespiti, DIN 18503'e göre
15.130	Kaya molozu gözenekli betonlardan su geçirir kaldırım taşları için olan istikamet çizgisinde su geçirirlik (geçirgenlik değeri) tespiti

16. Granülasyon kontrolleri

16.10	Eleme kontrolü , DIN 66165, 5'e göre
16.20	Granüllerin damlatma konumu , kontrol durumu talimatı 84'e göre
16.30	Dökme yoğunluğu , DIN EN 1097-3'e göre
16.40	Granüllerin aşınması , kontrol durumu talimatı 83'e göre
16.50	Granül direnci , kontrol durumu talimatı 24'e göre Bir fraksiyonun statik değerlendirmeli 50 münferit ölçümleri

17. Alçı ve diğer kalıp maddelerinin kontrolleri

17.10	Elek döküntüsü , 3,15 mm; 1,25 mm; 0,2 mm kapsamlı elek tabanlarında, DIN 4188-1'e göre
17.20	Tane büyüklüğü dağılımı 0,04 - 400 µm , CILAS 1064 lazer granül ölçer ile, kontrol durumu talimatı 15'e göre, alkollü ölçüm
17.30	Serpme miktarı , DIN 1168-2'ye göre

17.40	Genleşme , işyeri talimatına göre
17.50	Takviye başlangıcı , DIN 1168-2'ye göre
17.70	Basınç direnci , DIN 1168-2'ye göre
17.80	Difüzyon katsayısı , işyeri talimatı 18 879'a göre
17.90	Baroid'te geçirgenlik ölçümü, kontrol durumu talimatı Nr. 135'e göre
17.100	Eğme direncinin ölçümü, DIN EN 993-6'ya göre
17.110	Su alımının, saf yoğunluğunun ve açık gözenekliliğin ölçümü, DIN EN 993-1'e göre (Vakum yöntemi)
17.120	Gözenek büyüklüğü dağılımının ölçümü, kontrol durumu talimatı Nr. 76'ya göre
17.130	Basınç döküm tesisi DGA80G'de kırık çömlek parçası oluşumunun karakterizesi ile basınç döküm denemesi

18. Hassas seramik mamulleri kontrolleri

18.10	Hassas seramik hazır mamullerinin kenar çarpma direnci , işletme talimatı 42 790'a göre
18.20	Hassas seramik mamullerinin (tabak) sıcaklık değişken sabitliği , işletme kılavuzu 18 877'e göre (Harkort-Testi)
18.30	Dekorlu tabakların bulaşık makinesine dayanıklılığı , DIN-Ön norm 50275-1'e göre, kontrol bulaşık makine G 540'lı
18.40	Kurşun ve kadmiyum asit direnci/zararlı madde sevki , DIN EN 1388'e göre <ul style="list-style-type: none">• Soğuk asitleşme• Sıcak ekstraksiyon• Kurşun tespiti• Kadmiyum tespiti
18.50	Mohs'a göre çizgileme sertliği , DIN EN 101'e göre
18.60	Otoklavda tabak parçalarının su çatlağı güvencesinin tespiti

19. Ateşe dayanıklı materyallerin kontrolleri

19.10	Saf yoğunluğunun, açık gözenekliliğinin ve toplam gözenekliliğinin tespiti, DIN EN 993-1'e göre
19.20	Soğuk basınç direncinin tespiti, DIN EN 993-5'e göre
19.30.	Oda sıcaklığında bükme direncinin tespiti, DIN EN 993-6'ya göre
19.40	Arttırılmış sıcaklıkta bükme direncinin tespiti, DIN EN 993-7'ye göre
19.50	Baskı çinilerinin tespiti, DIN EN 993-9'a göre
19.60	Böhme'ye göre aşınma kontrolü, (DIN 52108)
19.70	Ateşe dayanıklı taşların sıcaklık değişken sabitliği, DIN 51068-1'e göre (suda soğutma yöntemi) veya DIN EN 993-11
19.80	Büzülmenin / Büyümenin tespiti, DIN 51066 veya DIN EN 993-10'a göre
19.90	Taneli üründe saf yoğunluğunun tespiti, cıva yer değiştirme yöntemine göre, DIN EN 993-17'ye göre
19.100	10 SiC-Numuneye kadardan 1200 °C'ye kadar su buharı atmosferi altında oksitlenme direnci, ASTM C 863 -83'e dayanarak
19.110	Si₃N₄ tespiti, niteleyici röntgen diffraktometre (RFS) vasıtasıyla
19.120	Silisyum karpitte silisyum tespiti, niteleyici röntgen diffraktometre (RFS) vasıtasıyla

20. Diğer kontrol yöntemleri

20.10	Seramik maddelerde ısı iletme kapasitesinin tespiti (levha yöntemi)
20.20	Sıcaklık değerinin ve yakma değerinin tespiti, DIN 51900 Teil 1+2'ye göre
20.30	Seramik kütlelerde çekirdek sayılarının tespiti (anaerob/aerob)
20.40	LAGA-Talimatlarına göre araştırma, mineral atık maddelerinin/çöplerinin yeniden değerlendirilmesi talebi – Teknik kurallar – yayın tarihi 05.09.1995 – > 10% yabancı madde veya inşaat atıklı maddeler için asgari LAGA araştırma programı

21. Seramiğin lazerle işlenmesi

21.10	→ Yazı ile işaretleme → Oyma → Üst yüzeyin işlenmesi
-------	--

22. İnşaat deposundaki mineral salmastraların kontrolleri

22.10	Su miktarı , DIN 18121-1'e göre
22.20	Durum limitleri (Katı limitler) , çini, hadde ve büzülme limiti, DIN 18122-1/ 2'ye göre
22.30	Tane büyüklüğü dağılımı , DIN 18123'e göre
22.40	Proctor contaları , DIN 18127'e göre
22.50	Akkor kaybı , DIN 18128'e göre
22.60	DIN 18129'a analog olarak kireç miktarı
22.70	Su geçirme değeri , DIN 18130'a göre
22.80	Makas direnci , DIN 18137'ye göre
22.90	Zemin ayırma , DIN 18196'ya göre